

## ALLEGATO B

### NEXT GENERATION EU – M6C1 1.2.2 COT DEVICE – REQUISITI ELETTROCARDIOGRAFI A 12 DERIVAZIONI

- n. 11 Elettrocardiografi a 12 derivazioni, ELI 150c Mortara, con le seguenti caratteristiche:
  - Acquisizione del segnale ECG 12 derivazioni per pazienti adulti e pediatrici;
  - Modulo paziente AM12
  - Rilevazione pacemaker;
  - Compatto e di peso ridotto;
  - Funzionamento a rete e batteria;
  - Stampante termica digitale integrata;
  - Tastiera alfanumerica integrata;
  - Schermo ampio ad alta risoluzione per visualizzazione in tempo reale e successiva revisione;
  - algoritmo interpretativo;
  - Memorizzazione interna di almeno 200 ECG con possibilità di espansione;
  - Filtri: rete e artefatti;
  - custodia per il trasporto;
  - Completo di ogni accessorio necessario per il funzionamento (cavi, elettrodi, carta, starter kit, etc.);
  - L'ECG deve poter inviare il tracciato al sistema di gestione e archiviazione E-SCRIBE di Mortara in dotazione ai servizi di cardiologia/UTIC h24 dell'AUSL Umbria 1, pertanto deve essere dotato di idoneo sistema di trasmissione dati (almeno LAN). Il collegamento con tale sistema deve essere compreso nella fornitura.
  - l'ecg dovrà inoltre essere dotato anche di modulo GSM/GPRS per l'invio del tracciato dal domicilio del paziente;
  - porta di comunicazione USB-D
  - XML, PDF
  - L'ECG deve essere conforme alle raccomandazioni per la standardizzazione degli elettrocardiogrammi con risposta in frequenza almeno da 0,05 a 250 Hz.
  - garanzia full risk 12 mesi
  - **consegna entro il 10.06.2024 per rispetto milestone PNRR**